

Da: eqcortese@tiscali.it [mailto:eqcortese@tiscali.it]
Inviato: martedì 17 gennaio 2017 17:08
A: BIAZZI; FINAZZI; BONACCI
Oggetto: R:R: Quesito RM-Cortese 13-01-17

Cari Amici vi allego quesito RM Cortese e Risposta Campanella.
Se lo ritenete interessante pubblicatelo sul sito ANPEQ.
Saluti NC

Subject: R: Quesito RM-Cortese 13-01-17
Date: Tue, 17 Jan 2017 15:47:42 +0000
From: Campanella Francesco <fr.campanella@inail.it>
To: "eqcortese@tiscali.it"

Grazie dell'attenzione innanzitutto.

La comunicazione di avvenuta installazione è una sorta di notifica di inizio attività che viene inviata alle autorità di vigilanza al fine di garantire la disponibilità della struttura all'ispezione del nuovo tomografo.

Non prevede tempi di attuazione codificati dalla norma, ma tipicamente viene fatta dopo il collaudo (come ovvio, dovendo contenere documenti propedeutici allo stesso), e successivamente all'inizio dell'attività diagnostica, in un tempo per lo più compreso fra 3 e 6 mesi dallo stesso, potendo considerare comunque accettabile un inoltro che avvenga nel primo anno di attività del tomografo.

Quanto sopra può essere considerato approccio valido per tutte le tipologie di apparecchiatura RM.

Cordialmente
Francesco Campanella